

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**3.010.053**

Büretten AS

Burettes AS




Batch No. 20-11

Code: 82482


Testvolumen 5.0000 ml Variationskoeffizient 0.0627 %  
 Test volume: 5.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0100 ml Richtigkeit 0.0027 %  
 Tolerance: 0.0100 ml Accuracy:



Testvolumen 2.5000 ml Variationskoeffizient 0.0424 %  
 Test volume: 2.5000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0100 ml Richtigkeit -0.0733 %  
 Tolerance: 0.0100 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385  
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 23.05.2016



Witeg Labortechnik GmbH  
 Am Bildacker 16  
 97877 Wertheim  
 Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
 CERTIFIED**