

**Qualitätszertifikat / Certificate of performance**

**Cat. No.**  
**3.012.052**

Büretten AS

Burettes AS



Batch No. 24-16

Code: 82610

Testvolumen / Test volume:	5.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	4.9984 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0100 ml		

Testvolumen / Test volume:	2.5000 ml	Messergebnis / Measured volume:	2.4951 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0100 ml		

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 15.07.2016



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**