

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.012.253

Büretten AS


Burettes AS



Batch No. 49-16


Code: 83017

Testvolumen 25.0000 ml Variationskoeffizient 0.0247 %
 Test volume: 25.0000 ml Coefficient of variation:



Toleranz 0.0300 ml Richtigkeit 0.0146 %
 Tolerance: 0.0300 ml Accuracy:

Testvolumen 12.5000 ml Variationskoeffizient 0.0527 %
 Test volume: 12.5000 ml Coefficient of variation:



Toleranz 0.0300 ml Richtigkeit 0.0368 %
 Tolerance: 0.0300 ml Accuracy:

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 10.01.2017



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**