

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.012.904

Büretten AS

Burettes AS



Batch No. 23-16

Code: 82921

Testvolumen / Test volume: 100.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 99.9461 ml

Toleranz / Tolerance: 0.1000 ml

Testvolumen / Test volume: 50.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 49.9759 ml

Toleranz / Tolerance: 0.1000 ml

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 24.11.2016



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**