

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**3.122.255**

Büretten AS

Burettes AS




Batch No. 38-15

Code: 82693


Testvolumen 25.0000 ml Variationskoeffizient 0.0391 %  
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0300 ml Richtigkeit -0.0134 %  
Tolerance: Accuracy:



Testvolumen 12.5000 ml Variationskoeffizient 0.0604 %  
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0300 ml Richtigkeit 0.0364 %  
Tolerance: Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 24.08.2016



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**