

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**

**3.122.505**

Burettes AS


Büretten AS




Batch No. 03-17

Code: 83342


Testvolumen Test volume:	50.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0199 %
Toleranz Tolerance:	0.0500 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0439 %



Testvolumen Test volume:	30.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0250 %
Toleranz Tolerance:	0.0500 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0256 %



Testvolumen Test volume:	10.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0752 %
Toleranz Tolerance:	0.0500 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.2338 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 04.05.2017



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**