

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.152.508 FCH

Büretten AS

Burettes AS



Batch No. 05-16

Code: 82696

Testvolumen / Test volume: 50.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 50.0166 ml

Toleranz / Tolerance: 0.0500 ml

Testvolumen / Test volume: 25.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 24.9958 ml

Toleranz / Tolerance: 0.0500 ml

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 25.08.2016



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**