






Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No. 3.372.023	Bürettes AS	Büretten AS	
Batch No. 09-16		Code: 82394	
Testvolumen Test volume:	2.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0737 %
Toleranz Tolerance:	0.0100 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.1200 %
			
Testvolumen Test volume:	1.2000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0337 %
Toleranz Tolerance:	0.0100 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0139 %
			
Testvolumen Test volume:	0.4000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.5346 %
Toleranz Tolerance:	0.0100 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.1167 %
			
<small>Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385</small>			
Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE		Datum / Date: 07.04.2016	
Prüfer / Operator: 4			
	Witeg Labortechnik GmbH Am Bildacker 16 97877 Wertheim Tel: +49 9342 93010 http://www.witeg.de		ISO 9001 CERTIFIED