

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**

**3.715.005 BL**

Grad. cylinders A

Messzylinder A




Batch No. 50-15

Code: 82188


Testvolumen 10.0000 ml Variationskoeffizient 0.4728 %  
 Test volume: 10.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit -0.1438 %  
 Tolerance: 0.5000 ml Accuracy:




Testvolumen 30.0000 ml Variationskoeffizient 0.1038 %  
 Test volume: 30.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit -0.0091 %  
 Tolerance: 0.5000 ml Accuracy:



Testvolumen 50.0000 ml Variationskoeffizient 0.0850 %  
 Test volume: 50.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit -0.0097 %  
 Tolerance: 0.5000 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788  
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Datum / Date: 10.12.2015

Prüfer / Operator: 9



Witeg Labortechnik GmbH  
 Am Bildacker 16  
 97877 Wertheim  
 Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
 CERTIFIED**