

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.715.005

Graduated cylinders A Messzylinder A




Batch No. 41-15

Code: 82099


Testvolumen 10.0000 ml Variationskoeffizient 0.6919 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit -0.2157 %
Tolerance: Accuracy:




Testvolumen 30.0000 ml Variationskoeffizient 0.1563 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit 0.1797 %
Tolerance: Accuracy:



Testvolumen 50.0000 ml Variationskoeffizient 0.1113 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit 0.2732 %
Tolerance: Accuracy:




Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß 4788
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to 4788

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 16.10.2015



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>