

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.715.010

Graduated cylinders A

Messzylinder A




Batch No. 28-16

Code: 82629


Testvolumen 20.0000 ml Variationskoeffizient 0.5086 %
Test volume: 20.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit -0.5293 %
Tolerance: 0.5000 ml Accuracy:




Testvolumen 60.0000 ml Variationskoeffizient 0.1141 %
Test volume: 60.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit -0.0764 %
Tolerance: 0.5000 ml Accuracy:



Testvolumen 100.0000 ml Variationskoeffizient 0.0724 %
Test volume: 100.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit 0.0128 %
Tolerance: 0.5000 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 26.07.2016

Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim

**ISO 9001
CERTIFIED**



Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>