

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**3.715.025**

Graduated cylinders

Messzylinder




Batch No. 1012

Code: 75900


Testvolumen 50.0000 ml Variationskoeffizient 0.3920 %  
Test volume: 50.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 1.0000 ml Richtigkeit -0.1412 %  
Tolerance: 1.0000 ml Accuracy:




Testvolumen 150.0000 ml Variationskoeffizient 0.1504 %  
Test volume: 150.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 1.0000 ml Richtigkeit -0.0941 %  
Tolerance: 1.0000 ml Accuracy:



Testvolumen 250.0000 ml Variationskoeffizient 0.0954 %  
Test volume: 250.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 1.0000 ml Richtigkeit -0.0745 %  
Tolerance: 1.0000 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LA 1200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 21.03.2012



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**