

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.754.050 BL

Mischzylinder A


Graduated cylinder A




Batch No. 10-17

Code: 83200


Testvolumen Test volume:	100.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.5022 %
Toleranz Tolerance:	2.5000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.1123 %



Testvolumen Test volume:	300.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1431 %
Toleranz Tolerance:	2.5000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.1166 %



Testvolumen Test volume:	500.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0829 %
Toleranz Tolerance:	2.5000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.1281 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LA 1200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 13.03.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**