

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.662.00114 BL

Volumetric flasks A


Messkolben A



Batch No. 29-15

Code: 81842

Testvolumen	10.0000 ml	Variationskoeffizient	0.0973 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.0600 ml	Richtigkeit	0.0747 %
Tolerance:		Accuracy:	



These Angaben sind Endwertwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aquae dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 17.07.2015



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**