



Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No. 3.662.011 BL	Messkolben A	Volumetric flasks A	
--	--------------	---------------------	---

Batch No. 14-16	Code: 82436
-----------------	-------------

Testvolumen Test volume:	100.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0148 %	
Toleranz Tolerance:	0.1000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0089 %	

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042.
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042.

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE	Datum / Date: 28.04.2016
Prüfer / Operator: 9	

	Witeg Labortechnik GmbH Am Bildacker 16 97877 Wertheim Tel: +49 9342 93010 http://www.witeg.de	ISO 9001 CERTIFIED
---	--	-------------------------------