

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.662.012

Volumetric flasks A

Messkolben A



Batch No. 39-15

Code: 82077

Testvolumen

10.0000 ml

Variationskoeffizient

0.0596 %

Test volume:

Coefficient of variation:

Toleranz


0.0400 ml

Richtigkeit

0.0608 %

Tolerance:

Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042

These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 08.10.2015



Witeg Labortechnik GmbH

Am Bildacker 16

97877 Wertheim

Tel: +49 9342 93010

<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**