

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

**3.662.400 BL**

Messkolben A


Volumetric flasks A



Batch No. 26-17

Code: 83510

Testvolumen Test volume:	4000.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0110 %
Toleranz Tolerance:	1.2000 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0042 %




Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LC 6200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 29.06.2017



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**