

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.674.0382

Kontrollmesskolben



Batch No. 14-17

Code: 83285

Testvolumen / Test volume:	370.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	369.9059 ml
Toleranz / Tolerance:	0.2500 ml		

Testvolumen / Test volume:	375.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	374.9780 ml
Toleranz / Tolerance:	0.2500 ml		

Testvolumen / Test volume:	380.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	380.0401 ml
Toleranz / Tolerance:	0.2500 ml		

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LA 1200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 07.04.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**