





# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

<b>Cat. No.</b> <b>3.515.710</b>	Messpipetten AS	Graduated pipettes, measuring AS	
-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	---

Batch No. 08-16 Code: 82309

Testvolumen Test volume:	10.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1091 %	
Toleranz Tolerance:	0.0500 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0481 %	

Testvolumen Test volume:	6.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1096 %	
Toleranz Tolerance:	0.0500 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0074 %	

Testvolumen Test volume:	2.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1554 %	
Toleranz Tolerance:	0.0500 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0452 %	

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE Datum / Date: 07.03.2016  
Prüfer / Operator: 9

	Witeg Labortechnik GmbH Am Bildacker 16 97877 Wertheim Tel: +49 9342 93010 <a href="http://www.witeg.de">http://www.witeg.de</a>	<b>ISO 9001 CERTIFIED</b>
--	--	-------------------------------