

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.515.710

Graduated pipettes,
measuring AS

Messpipetten AS




Batch No. 39-16

Code: 82781


Testvolumen 10.0000 ml Variationskoeffizient 0.2070 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0500 ml Richtigkeit -0.0191 %
Tolerance: Accuracy:




Testvolumen 6.0000 ml Variationskoeffizient 0.2283 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0500 ml Richtigkeit -0.0657 %
Tolerance: Accuracy:



Testvolumen 2.0000 ml Variationskoeffizient 0.2745 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0500 ml Richtigkeit -0.0523 %
Tolerance: Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 11.10.2016



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**