

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**3.535.005**


Volumetric pipettes AS Vollpipetten AS



Batch No. 25-15

Code: 81848

Testvolumen Test volume:	0.5000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1266 %
Toleranz Tolerance:	0.0050 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.1510 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 21.07.2015



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>