

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**3.535.020 BL**

Volumetric pipettes

Vollpipetten



Batch No. 1312

Code: 76099

Testvolumen  
Test volume:

2.0000 ml

Variationskoeffizient  
Coefficient of variation:


0.0690 %

Toleranz  
Tolerance:

0.0100 ml

Richtigkeit  
Accuracy:

-0.1133 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 648  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 648

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 03.05.2012



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**