

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.535.070

Vollpipetten AS

Volumetric pipettes AS




Batch No. 36-16

Code: 82761

Testvolumen 7.0000 ml Variationskoeffizient 0.0325 %
Test volume: 7.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0150 ml Richtigkeit -0.0058 %
Tolerance: 0.0150 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 648
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 648

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 05.10.2016



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**